ESTETOSCÓPIO
Instruções de Uso

Parabéns por ter adquirido o estetoscópio Bioland, um produto de alta qualidade e confiabilidade. Leia as instruções abaixo para ter o máximo proveito deste produto.

Componentes do Produto

Indicação de Uso

O estetoscópio Bioland é recomendado para a ausculta não invasiva dos ruídos cardíacos, respiratórios, pulmonares, arteriais, articulares, entre outros. Este produto é ideal para uso clínico.

Modo de Utilização

- Posicione as olivas nos condutos auditivos, isolando qualquer ruído externo;
- Coloque em contato o diafragma na área ao qual será analisada;

Atenção: Caso o estetoscópio não esteja emitindo nenhum som, gire o auscultador em 180º para ativar o diafragma.

Quando o diafragma é exposto à vibrações, ele transmite as ondas acústicas pelo tubo de PVC (material que isola estas ondas de influência externa). Estes sons chegam aos tubos metálicos que fixam as olivas auriculares.

Limpeza

Após a utilização deste produto, recomenda-se a limpeza das olivas com um líquido anti-séptica ou desinfetante neutro. Importante: Não utilize nenhuma forma de esterilização térmica. Produtos como álcool, benzina, tiner danificará o diafragma.

Armazenamento e Transporte

Mantenha o estetoscópio em local arejado e seco. Não exponha ao sol e verifique as faixas de temperatura recomendadas.

Temperatura: 0ºC à 50ºC

Umidade relativa do ar máxima: 95%

Versões do Produto

Este produto possui as seguintes apresentações: Estetoscópio simples adulto (Modelo E100), estetoscópio simples pediátrico (Modelo E101), estetoscópio neo-natal (Modelo E102) e estetoscópio duplo (Modelo E100D). As cores serão diversas.

Termo de Garantia

1) A Controller Comércio e Serviços Ltda. garante um ano a partir da data da compra original contra defeitos de fabricação, com a comprovação da nota fiscal de compra. Falhas do aparelho de pressão digital de pulso devido a utilização inadequada ou em desacordo com as instruções de uso não estão cobertas por esta garantia.
2)Peças sujeitas a desgaste por utilização (olivas e diafragma) possuem garantia de 90 (noventa) dias. A garantia de 1 ano não se aplica para estas partes.
3) Não desmonte o aparelho de pressão digital de pulso, pois isso cancelará a garantia e fará com que o monitor exiba falsos resultados.
4) Se a Controller Comércio e Serviços Ltda. receber notificação de algum defeito durante o período de garantia, ela poderá, a seu critério, consertar ou substituir o produto defeituoso sem custo para o cliente.
5) Em qualquer circunstância, a responsabilidade máxima da Controller Comércio e Serviços Ltda. para com o cliente, estará limitada ao preço de compra pago a Controller Comércio e Serviços Ltda. ou ao canal de venda autorizado.

Importador:

Controller Comércio e Serviços Ltda
Av. Santa Catarina, 1481 - Florianópolis - SC - CEP 88075-500
CNPJ: 78.515.210/0001-00
Telefones: (11) 4063-0023 - (31) 4063-9244 - (48) 3248-2828
E-mail: sac@controller-sc.com.br
Site: www.biolandbrasil.com.br
Fabricante: WENZHOU KANGSHUN MEDICAL DEVICE CO.,LTD
País de Origem: República Popular da China
Responsável Técnico: Diógenes Borges - CRF: SC 1.117
Registro da ANVISA: 10410130021

05/2013